

合 同 书

项目名称: 中医骨伤治疗中心电动床等医疗设备采购

项目编号: SDGP371003000202502000020

采购编号: SDGP371003000202502000020

合同编号: SDGP371003000202502000020

甲方: 山东省文登整骨医院

乙方: 扬州久卓医疗设备有限公司

合 同 书

合同编号：SDGP371003000202502000020

采购单位：（以下简称甲方）：山东省文登整骨医院

供应单位：（以下简称乙方）：扬州久卓医疗设备有限公司

为了明确双方责任，保证本项目顺利供货和及时完成安装调试，按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

一、合同组成

- 1、本合同书；
- 2、乙方在评审过程中补充或澄清的文件；
- 3、SDGP371003000202502000020 招标文件；
- 4、乙方的报价文件。

上述文件相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量

本合同标的物具体的产品规格、型号、数量、生产产地及制造厂家等详见《采购项目报价表》。

三、价款

本合同总价款为人民币：人民币壹拾叁万伍仟玖佰元整（¥ 135900.00 元）。具体分项价格详见《报价明细表》（附后）。

价格包括但不限于货物及配件、装车、运输、卸车至采购人指定地点、技术支持、安装、调试、检测检验、保险、保修、利润、税金、售后等全部费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务和政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等其它不确定因素全部包括在合同价格中。

四、质量及专利权

1、乙方所供产品必须符合设计和国家有关标准要求，技术参数必须符合SDGP371003000202502000020 招标文件的要求及乙方投标文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的

任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3、质保期/运维期：自验收合格之日起2年。

五、供货安装（调试）地点及甲方联系方式

供货安装（调试）地点：甲方指定地点。

联系人：刘鹏程；联系电话：0631-8474026。

六、供货安装（调试）完毕时间：接到甲方通知后 35 日内供货安装（调试）完毕。

七、验收

1、验收标准：国家相关规范及采购文件和合同中规定的技术指标、参数、材质、性能要求等。

2、货物按调度运到交货地点，乙方安装调试完毕后，由甲方与乙方按照报价表、技术要求进行验收，对不符合品种、规格和质量标准的货物有权不予接收，或要求乙方无条件免费更换符合要求的货物。若乙方供应的货物与投标时的技术参数不一致，甲方有权终止其供货，追究损失及责任，并要求乙方按此合同价款的 50%予以赔偿。

3、乙方提供的全部货物，均采用标准保护措施进行包装，使之适于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

4、如果货物的质量和规格、技术参数与投标文件、合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的产品，甲方将向乙方提出退货并索赔。

5、标的物属于《强制性项目认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则验收不合格。

6、标的物为进口产品的，交货时需向用户单位提供海关报关单、商品检验单等手续。

7、乙方将标的物交付后，甲方应在 7 个工作日内验收完毕。验收不合格，乙方应无条件调换至验收合格为止，由此造成的一切损失由乙方自行承担（验

收所需全部费用均由乙方承担）。

8、如需对货物进行检验或委托专业机构进行检验，检验费用由乙方负担。如果货物的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并索赔。

八、付款

1、本合同以人民币付款。

2、付款方式：

设备安装验收合格后支付合同总价款的 60%，设备运行 6 个月无质量问题支付合同总价款的 30%，余款于验收合格 2 年后一次性付清。（以上付款均无息）。采购人在收到发票后 5 个工作日内支付款项。

3、付款按以下资信办理

收 款 人：扬州久卓医疗设备有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司扬州市江都支行

银行帐号：11088*****78366

联 系 人：王勇

联系电话：138****3224

九、售后服务

1、根据甲方需要，乙方应派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂提供的承诺。出现质量问题时，质保期内，免费负责三包（包退、包换、保修）；质保期外，应负责维修并按规定收取成本费，所需的备品备件应优惠供应，只收取成本费。

3、质保期/运维期：自验收合格之日起 2 年，质保期内出现质量问题，乙方接到甲方的函、电后，20 分钟内电话响应，1 小时电话沟通不能解决的问题，在 8 小时内派专业技术人员到达故障现场、提供故障救援。质保期内如果出现三次以上（包含三次）因质量问题引起的故障，中标人负责免费更换同类

新的产品。质保期外对货物进行终身有偿服务，只收取对应配件成本、人工费用等基本费用。

十、变更、修改和转让

乙方应严格按合同要求供货安装（调试），未经甲方书面同意，乙方不得与甲方擅自就合同标的的数量、质量、供货安装（调试）完毕日期、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。

十一、合同解除

乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其他有关规定而应解除合同的，应承担相应违约责任，并解除本合同。

十二、违约赔偿

1、乙方违反第六条项目供货安装（调试）完毕时间的约定，逾期交付验收或者经验收不合格而重新安装调试交付验收，除甲方书面同意外，每逾期一日按照合同价款的3%向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。

2、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十条变更与修改的约定，由此而造成延期，按本条第一款的规定交纳违约金。

3、乙方应保护甲方在使用该项目其任何一部分时不受第三方提出侵犯知识产权、专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

4、乙方保证货物有现货且是全新、未使用过的，并完全符合采购文件及现行规范规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有完全符合技术规范要求的性能。在货物质量保证期之内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

5、由于乙方违约而可能出现其产品（设备）等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

6、乙方违反第九项售后服务，将责令其严格按照合同的约定履行义务，无正当理由拒不履行的，在一到三年内禁止其参与区政府采购活动。

7、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的 100%给予赔偿。

8、上述违约责任 “不可抗力” 除外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十三、争议解决

合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向威海市文登区人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

本合同由各方代表签字并加盖各方公章或合同章后生效。



单位盖章：

法定代表人或授权委托人签字：

2025/03/20 16:10:55

日期：2025 年 3 月 20 日

2025/03/20 16:11:12



单位盖章：

法定代表人或授权委托人签字：

2025/03/20 16:06:45

附件一：报价明细表

六、报价明细表

序号	产品名称	招标设备技术参数	投标产品参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	制造 厂家	品牌 型号	生产 厂地	备注
1	*三功能 电动床	1、床体总长度≥2150*1000*80-730±20mm，净长度≥1970mm，宽度≥900mm，高度≥480mm；背框床板长度≥750mm，宽度≥900mm，臀框长度≥250mm，宽度≥900mm，腿框床板长度≥300mm，宽度≥900mm，足框床板长度≥500mm，宽度≥900mm，背框上折角度范围0-75°±5°，腿框上折角度范围0-45°±5°，升降高度范围为480-730mm。 2、配置要求：三摇床体1张、ABS床头床尾板各一个、中控脚轮系统1套4个中控轮、ABS四小护栏1套、床垫1张、置物架1个、引流钩2个、输液架1根。 3、ABS床头：该床头为ABS吹塑成型，床头高度≥490mm，床尾高度≥430mm，床头床尾宽度≥940mm，床尾板外侧设信息卡槽。 4、床板采用钢板冲压一次成型厚度≥1.2mm，加强筋冲槽成型。底梁整体框架、双梁设计，钢管尺寸≥25*25mm，管壁厚度≥1.2mm。	1、床体总长度2150*1000*480-730±20mm，净长度1970mm，宽度900mm，高度480mm；背框床板长度750mm，宽度900mm，臀框长度250mm，宽度900mm，腿框床板长度300mm，宽度900mm，足框床板长度500mm，宽度900mm，背框上折角度范围0-75°±5°，腿框上折角度范围0-45°±5°，升降高度范围为480-730mm。 2、配置：三摇床体1张、ABS床头床尾板1副、中控脚轮系统1套、中控轮4只、ABS四小护栏1套、床垫1张、置物架1个、引流钩2个、输液架1根、电机1组（3个）、手持遥控器1个。 3、床头床尾板：ABS吹塑成型，流线型设计，表面光滑，易擦拭；插孔内置自动锁扣，与床架连接紧密，推动时不晃动、无异响，可快速拆卸及锁定。床头高度535mm，床尾高度435mm，床头床尾宽度950mm，床尾板外侧设信息卡槽。 4、床板采用1.2mm钢板一次冲压成型，加强筋冲槽成型。底梁整体	18	台	3000	54000	扬州金石医用设备有限公司	九怪JS-3S24K	江苏扬州	无

第 56 页

序号	产品名称	招标设备技术参数	投标产品参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	制造 厂家	品牌 型号	生产 厂地	备注
		5、床框及底架采用 Q235 碳素钢管，钢管尺寸≥40*80mm 厚度≥1.5mm。 6、隐藏式结构，承重连接冲压件≥3mm，床体承重≥240Kg。 7、金属床体表面，表面采用静电喷涂处理，经抛丸除锈、除油处理，金属表面呈现麻面。静电喷涂双层涂层技术，使用环氧树脂粉末涂料，全静电吸附粉末，高温固化。 8、床垫：尺寸：1950mm×890mm×80mm（长×宽×厚） ² 材质：内置 8 公分环保棉，舒适耐用，不变形。布料采用防水牛津布，透气防滑，卫生环保。床垫配有拉链，便于装卸、清洗。 9、电机使用安全，承载力大，噪音小，升降轻盈。 10、护栏：配置 ABS 四小护栏折叠护栏，护栏可收缩平放。护栏与床体采用四个Ø10 螺栓与床体连接，全围护栏整体上下升降，有效保护病患安全，带有缓冲助力，打开开关可自动缓慢下落。护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位。	框架、双梁设计，钢管尺寸 25*25*1.2mm。 5、床框及底架采用 Q235 碳素钢管，钢管尺寸 40*80*1.5mm。 6、隐藏式结构，承重连接冲压件 3mm，床体承重 400Kg（即 4000N）。 7、金属床体表面，表面采用静电喷涂处理，经抛丸除锈、除油处理，金属表面呈现麻面。静电喷涂双层涂层技术，使用环氧树脂粉末涂料，全静电吸附粉末，高温固化。 8、床垫 尺寸：1950*890*80mm（长*宽*厚） 材质：内置 80mm 环保棉，舒适耐用，不变形。布料为防水牛津布，透气防滑，卫生环保。床垫配有拉链，便于装卸、清洗。 9、电机使用安全，承载力大，噪音小，升降轻盈。 10、护栏：配 ABS 四小折叠护栏，护栏可收缩平放。护栏与床体采用四个Ø10mm 螺栓与床体连接，全围护栏整体上下升降，有效保护病患安全，带有缓冲助力，打开开关可自动缓慢下落。护栏收缩平放时略高出床垫，可防止床垫移位。 11、脚轮：采用 5 寸面包式双静音								

第 57 页

序号	产品名称	招标设备技术参数	投标产品参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	制造 厂家	品牌 型号	生产 厂地	备注
		11、脚轮：采用 5 寸面包式双静音轮设计，轻便无噪音，采用中控装置进行一点式制动，轮面采用耐磨 PU 作为轮面材质，具有优良的耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性。 12、配套输液椅 3 张。	轮设计，轻便无噪音，采用中控装置进行一点式制动，轮面采用耐磨 PU 材质，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌。 12、配套输液椅 3 张。								
2	空气消毒机	1、安装方式：壁挂式。 2、消毒方式：采用等离子体+静电吸附消毒灭菌；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒。 3、最大适用体积：60 立方米 ³ 。 4、额定循环风量：≥600 立方米/h。 5、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。 6、对白色葡萄球菌的杀灭率>99.90%。 7、对 60 立方米房间设备持续工作 1h，对每个采样点≥0.5μm 平均悬浮粒子浓度值均≤3520000 粒/m ³ ，达到十万级洁净度。 8、设备持续工作 1h，对体积为 60 立方米室内空气中的自然菌消亡	1、安装方式：壁挂式。 2、消毒方法：等离子体+静电吸附，选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。选初效过滤器，有效去除室内粉尘，大的颗粒物，毛发等。 3、适用体积：60m ³ 。 4、额定循环风量：600m ³ /h 5、可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 6、开机消毒 60min，对白色葡萄球菌的杀灭率 99.99% 7、在 60m ³ 房间设备开机消毒 60min，对 0.5 μm 颗粒物去除率>99.99%（平均悬浮粒子浓度值均≤3520000 粒/m ³ ），达到十万级洁净度。 8、在 60m ³ 的空间内，开机消毒 60min，对自然菌平均消亡率 91.34%	27	台	2800	75600	河南康特佳医疗器械有限公司	鑫康特佳 KTJ/D-B60	河南 安阳	无

第 58 页

序号	产品名称	招标设备技术参数	投标产品参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	制造 厂家	品牌 型号	生产 厂地	备注
		率均>93%。 9、气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率>99.9%。 10、对甲型流感病毒 H3N2 的杀灭率>99.99%。 11、远程红外线遥控，可实时显示北京时间，故障报警，可查询显示累计时间等。 12、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警。	9、气雾室肺炎克雷伯氏菌、黑曲霉菌杀灭率 99.99%，金黄色葡萄球菌杀灭率 99.99%，龟分枝杆菌的杀灭率 99.99%。 10、对甲型流感病毒 H3N2 的杀灭率>99.99%。 11、液晶中文显示屏，远程红外线遥控，工作时间自动累计及清零功能，实时显示北京时间，故障报警。 12、报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。清洗维护自动提醒功能。								
3	陪护椅	1、含扶手宽≥80 厘米，椅背高≥85 厘米，沙发坐高≥40 厘米，拉开后床高≥30 厘米，床垫宽≥65 厘米。 2、碳素钢骨架，承重≥300 公斤。 3、床垫厚度≥8 厘米，材质 45D 高弹海绵。 4、面料防污防水。	1、含扶手宽 80cm，椅背高 85cm，沙发坐高 40cm，拉开后床高 30cm，床垫宽 65cm。 2、碳素钢骨架，承重 300 公斤。 3、床垫厚度 8 厘米，材质 45D 高弹海绵。 4、面料防污防水。	9	台	700	6300	扬州金石医用设备有限公司	九怪 JS-H2 10	江苏 扬州	无
合计(元)				135900							

投标人名称（公章）：扬州久昂医疗设备有限公司

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

王勇
3210120220871
2022/03/03 16:16:04

第 59 页